



SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Lindenhorster Straße 38-40
44147 Dortmund
Tel. +49 (0)231 -92 53 60-0
Fax +49 (0)231 -92 53 60-29

www.slk-gmbh.de

Durchschnittlicher Stromverbrauch der SLK Systeme

Stand: Feb. 2014

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| SLK I | 87,6 kWh/Jahr | 10 Watt/Stunde |
| SLK Start | 87,6 kWh/Jahr | |
| SLK Relax | 87,6 kWh/Jahr | |
| SLK Prophy | 87,6 kWh/Jahr | |
| SLK II | 175,2 kWh/Jahr | 20 Watt/Stunde |
| SLK III | 175,2 kWh/Jahr | |
| SLK IV | 175,2 kWh/Jahr | |
| SLK Pain & Therapy | 175,2 kWh/Jahr | |
| KiddyCare | 175,2 kWh/Jahr | |

Die genannten Verbrauchswerte sind ermittelte Maximalwerte. Der Verbrauch hängt u.a. vom Gewicht des Patienten und dem Zustand des Systems ab. Regelmäßig gewartete Systeme entsprechen den genannten Verbrauchswerten. Die Luftlamellen verlieren im Betrieb bauartbedingt immer geringe Mengen Luft, daher kommt die Pumpe des Systems zyklisch zum Einsatz und läuft in der Regel nicht im Dauerbetrieb.

FORM SLK-14/02/17/001