



EU Konformitätserklärung für AIK/IPC nach der Richtlinie 93/42/EWG

SLK Vertriebsgesellschaft mbH, Am Herdicksbach 18, D-45731 Waltrop

Artikel	Artikelname	UDI	Artikelbeschreibung
3100	IPC 3	(01)4260647530568(21)3100UXXXXX	3-Kammer Kompressionsgerät
4000	Varilymph I2 Pro	(01)4260647530001(21)4000UXXXXX	digitales Kompressionstherapiegerät

Produktionszeitraum

2020, 2021, 2022

Produktspezifikation

Klassifizierung nach RL 93/42/EWG, Anhang IX /	Klasse IIa, Regel 9
--	---------------------

Konformitätsbewertung

Verfahren nach Artikel 11 (5) der RL 93/42 EWG /	Konformitätserklärung nach Anhang VI
--	--------------------------------------

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die oben beschriebenen Produkte in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen. Die Produkte werden mit dem CE-Kennzeichen versehen, die zugehörige Dokumentation wird in den Räumlichkeiten des Herstellers aufbewahrt.

Benannte Stelle:

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Mickiewicza Street 29, 40-085 Katowice
Poland

Waltrop, 06.08.2020

Martin Herberg, Geschäftsführer